

Fetal RhD-screening

KITM

Remiss

Inom Region Västerbotten beställs analysen elektroniskt i BoS.

För utomlänskunder, använd remiss "Fetal-RhD-screening" som finns på [Region Västerbottens hemsida](#).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29 ska följas.

Provtagningsmaterial:

2 st 6 ml EDTA-rör (lila kork). Rören bör vara välfyllda.

Provmaterial:

Helblod

Provvolyt:

Blod 12 ml

Provhantering

Provet måste vara laboratoriet tillhanda inom 3 dagar från provtagning.

Förvaring: Prover förvaras och transporteras i rumstemperatur alternativt i kyla. Kyla är att föredra om provet behålls på provtagande enhet mer än några timmar. Får ej frysas.

Indikation

Bestämning av fetal RhD-typ inför ställningstagande till Rh-profylax eller riskvärdering vid D-immunisering hos gravid kvinna.

Referensintervall, beslutsgräns

Analysen besvaras Positiv/Negativ/Ej bedömbär. Positiv innebär att fostret förväntas uttrycka RhD-antigenet.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00150-5

Giltigt fr o m 2025-11-11

Fetal RhD-screening

KITM

Interferens/felkällor

Falskt negativa svar kan uppkomma om provet är taget tidigt i graviditeten, vanligen innan vecka 10. Beakta detta om graviditetslängden är osäker.

Ovanliga Rh-typer kan ge falskt positiva resultat.

Svarsrutiner

Analysen besvaras inom två veckor.

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Nej

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00150-5
Giltigt fr o m 2025-11-11